

Prosthetic Techniques to Increase the Accuracy of Scan Bodies and Influential Factors: A Systematic Review

Sayed Shojaodin Shayegh¹, Maryam Jahangiri^{2*}

¹Professor, Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Shahed University, Tehran, Iran

²Post-graduate Student, Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Shahed University, Tehran, Iran

Received: 21 December 2024 , Accepted: 4 March 2025

Background: Intraoral scanning is used in digital impression taking. Scan bodies are used for three-dimensional implant scanning. These parts help to accurately transfer the position, location and angle of the implants to the laboratory technician. Each scan body consists of three parts: the base, body and scannable surface. The scannable surface is available in different shapes, sizes and materials. This study aimed to evaluate the various factors affecting the accuracy of scan bodies and to also determine the prosthetic techniques that would enhance the accuracy of digital impressions taken from edentulous jaws.

Methods and Materials: This systematic review was conducted according to the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 2020. A comprehensive search was conducted across databases such as PubMed, Scopus and Google Scholar using terms related to "CAD/CAM", "implant impression", "edentulous", "dental implants" and "oral rehabilitation". Studies that were published from January 2015–February 2024, in English language, were retrieved.

Results: A total of 295 studies were initially identified and 49 articles were screened by title and abstract. After eliminating studies that were irrelevant to our PICO model, the full text of 23 article were reviewed. Scan bodies are categorized as either clinical or laboratory. The following factors were identified as influential factors affecting the accuracy of scan bodies: height, diameter, geometric shape, placement angle, torque, and material.

Conclusion: This study showed that some prosthetic methods can be employed to increase the accuracy of the final digital impression taken in edentulous jaws. These methods include using the continuous bar strategy, modified scan bodies or reverse scan bodies.

Key words: Dental Implant, Dental Impression Technique, Dental Prosthesis, Edentulous Jaw

***Corresponding Authors:** shayeghshahed2024@gmail.com

➤ Please cite this paper as: Jahangiri M, Shayegh SS. Prosthetic techniques to increase the accuracy of scan bodies and influential factors: A systematic review. *J Mashhad Dent Sch* 2025; 49(1):73-90.

➤ DOI: [10.22038/jmds.2025.25262](https://doi.org/10.22038/jmds.2025.25262)



تکنیک های پروتزی جهت اسکن بادی ها و عوامل موثر بر آنها: یک مرور سیستماتیک

سیدشجاع الدین شایق^۱، مریم جهانگیری^{۲}

استاد، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

^۲دانشجوی تخصصی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

تاریخ ارائه مقاله: ۱۰/۱/۱۴۰۳-تاریخ بدیرش: ۱۲/۱۴

چکیده

مقدمه: امروزه، اسکن داخل دهانی در قالبگیری دیجیتال دهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. اسکن بادیها جهت اسکن سه بعدی ایمپلنت کاربرد دارد. جهت اسکن سه بعدی ایمپلنتی، قطعاتی به نام اسکن بادی استفاده می‌شوند. این قطعات کمک میکنند تا موقعیت، محل و زاویه قرارگیری ایمپلنت‌ها به درستی به تکنیسین لابراتوار منتقل شود. این قطعات از سه بخش بیس، بدنه و سطح قابل اسکن تشکیل شده‌اند. قسمت قابل اسکن می‌تواند شکل، جنس، ارتفاع و قطرهای متناظری داشته باشد. این مطالعه با هدف بررسی فاکتورهای متعدد اثر گذار در دقت قطعات اسکن بادی و نیز روش‌های پروتزی جهت افزایش دقت قالبگیری دیجیتال از فکهای کاملاً بی‌دندان انجام شد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه موروثی بر اساس **PRISMA** بوده است. جست و جوی کاملی در پایگاه‌های اطلاعاتی **PubMed**, **Scholar Google** و **Scopus** از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ با استفاده از کلمات کلیدی مرتبط شامل "implant impression", "CAD/CAM" و "oral rehabilitation" و "dental implants", "edentulous"

یافه‌ها: در بررسی اولیه ۲۹۵ مقاله جست و جو شد. پس از مطالعه خلاصه و عنوان، ۴۹ مقاله برگزیده شدند و متن مقالات به دقت مطالعه شد. از میان ۴۹ مقاله مرتبط پس از حذف مقالاتی بی ارتباط با **PICO** مطالعه، ۲۳ مقاله که بیشترین ارتباط به موضوع را داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند. بد طور کلی اسکن بادی‌ها به انواع لابراتواری و کلینیکی تقسیم می‌شوند. فاکتورهای تاثیرگذار بر دقت اسکن بادی‌ها شامل ارتفاع، قطر، شکل ژئومتریک، زاویه قرارگیری، تورک و جنس بودند.

نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که برخی روش‌های پروتزی می‌توانند دقت قالبگیری دیجیتال از فکهای بی‌دندانی را افزایش دهند. این روش‌ها عبارتند از **Continuous Bar Strategy** و اسکن بادی‌های طراحی شده و **Reverse Scan Body**.

کلمات کلیدی: ایمپلنت‌های دندان، تکنیک‌های قالبگیری دندانی، پروتزهای دندانی، فک بی‌دندان

مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد / سال ۱۴۰۴ / دوره ۴۹ / شماره ۱: ۹۰-۷۳.

* مؤلف مسئول، نشانی: تهران، دانشگاه شاهد، دانشکده دندانپزشکی، گروه پروتزهای دندانی

مقدمه

بادی، حد فاصل قسمت قابل اسکن و بیس می‌باشد. قسمت بیس اسکن بادی‌ها دارای اجزا آنتی روتیشن مانند هگز و morse taper می‌باشد. این بخش مهم‌ترین وظیفه در اتصال دقیق اسکن بادی به فیکسچر را دارد و فرآیندهای استریلیزاسیون متعدد می‌تواند منجر به هرز شدن آنتی روتیشن و کاهش دقت نشست اسکن بادی بر روی فیکسچر و متعاقباً خطأ در انتقال محل دقیق قرارگیری فیکسچر به لابراتوار شود.^(۴) قسمت قابل اسکن می‌تواند دارای شکل‌های مختلفی از نظر جنس، ارتفاع و اندازه باشد.^(۱۱) اسکن بادی‌ها براساس شکل و کاربردشان می‌توانند به انواع لابراتواری و یا کلینیکی طبقه‌بندی شوند.^(۱)

با توجه به اهمیت اسکن بادی‌ها در افزایش دقت اسکن ایمپلنتی، در این مطالعه به بررسی فاکتورهای موثر در دقت اسکن بادی‌ها پرداختیم. همچنین چند روش پروتزی جهت افزایش دقت و سرعت اسکن سه بعدی با کمک اسکن بادی‌ها مطرح شد.

مواد و روش‌ها

این بررسی سیستماتیک مطابق با بیانیه PRISMA (موارد گزارش ترجیحی برای بررسی‌های سیستماتیک) و رویکرد PICO انجام شد. سوال PICO به این ترتیب بود:

- Population: بیماران دارای ایمپلنت
- Intervention: قالب‌گیری دیجیتال
- Comparison: قالب‌گیری سنتی
- Outcome: دقت اسکن بادی‌ها

در این مطالعه مرور نظاممند، ابتدا عنوان و خلاصه مقالاتی که حداقل یکی از کلید واژه‌های جستجوی زیر یا ترکیبی از آن‌ها را داشتند، جمع‌آوری گردید. جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی Google Scholar، PubMed و Scopus

با معرفی اولین اسکنرهای دهانی در سال ۱۹۸۰، اصطلاح دندانپزشکی دیجیتال وارد دنیای دندانپزشکی شد.^(۱) دندانپزشکی دیجیتال، اصطلاح گسترده‌ای است که شامل قالبگیری، طراحی رستوریشن و ساخت رستوریشن با روش‌های افزایشی و کاهشی است.^{(۲)،(۳)} امروزه با معرفی گایدهای جراحی ایمپلنت و براساس رکوردهای قبل از جراحی بیمار، امکان جراحی ایمپلنت با سرعت و دقت بالا و همراه با تحويل پروتزر موقت در همان جلسه جراحی فراهم شده است.^(۴)


این طیف گسترده درمان با کمک دندانپزشکی دیجیتال، تنها با کمک یک اسکن سه بعدی دقیق از دندان‌ها و ایمپلنت‌ها ممکن است. مطالعات متعددی جهت بررسی فاکتورهای موثر در افزایش دقت اسکن‌های سه بعدی داخل دهانی انجام شده‌اند.^(۵-۸) یکی از مواردی که در دقت قالبگیری دیجیتال ایمپلنتی بسیار تاثیرگذار است، قطعات اسکن بادی است.^(۷) اسکن بادی‌ها قطعات قابل اسکنی هستند که اطلاعاتی مانند زاویه و محل قرارگیری ایمپلنت را بطور دقیق به لابراتوار منتقل می‌کنند.^(۹) شرکت 3i با معروفی The Bellatek Encode اولین قطعه اسکن بادی ایمپلنتی را در سال ۲۰۰۴ معرفی کرد.^(۹) هدف اولیه از معرفی این هیلینگ اباتمنت قابل اسکن، حذف تمامی مراحل کانونشناور و تعیین محل ایمپلنت و فاصله از دندان‌های مجاور با کمک اسکن‌های اسکنترها بود.^(۱۰) سپس شرکت‌های مختلف انواع متفاوتی از اسکن بادی‌ها را معرفی کردند.^{(۱۱)،(۱۲)}

اسکن بادی‌ها از سه بخش اصلی، قطعه قابل اسکن، بدنه و بیس تشکیل شده‌اند.^(۱۳) قسمت قابل اسکن برای افزایش دقت، بهتر است شکل قربنیه نداشته باشد. قسمت بدنه اسکن

غربالگری مقالات در سه مرحله عنوان، چکیده، متن کامل انجام گردید. پس از جمع آوری عنوان و خلاصه مقالات، مقالات مرتبط انتخاب شده و جهت ارزیابی متن مقاله استفاده شد. کیفیت مقالات انتخابی در دو بعد علمی و متداول‌وزی بررسی شدند. ارزیابی کیفیت مقالات توسط دو نفر به صورت مستقل انجام شد و در صورت وجود اختلاف، توسط نفر سوم مورد بررسی قرار می‌گرفت. (نمودار ۱)

انجام شد و کلیه مطالعات منتشر شده ۱۰ سال اخیر بین ۱ ژانویه ۲۰۱۵ و ۳۰ فوریه ۲۰۲۴ با محدودیت زبان انگلیسی مورد ارزیابی قرار گرفت. کلید واژه های استفاده شده در این جستجو به شرح ذیل بود:

(CAD/CAM) OR (implant impression) OR
(edentulous) OR (dental implants)
OR (oral rehabilitation)



گردید. از بین ۴۹ مقاله موجود، از نظر علمی و روش شناسی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این مرحله ۲۶ مقاله حذف گردید و ۲۳ مقاله جهت انجام سیستماتیک ریویو انتخاب گردید.^(۹-۱۱) اطلاعات خارج شده از مطالعات در جدول ۱ و ۲ بطور خلاصه بیان شده است. در ادامه به توضیح جامع یافته‌های این مطالعه می‌پردازم.

یافته‌ها

در این مطالعه، پس از جستجو در بانک‌های اطلاعاتی Pubmed و Google Scholar و حذف مقالات مشابه، ۲۴۴ مقاله بدست آمد. پس از خواندن خلاصه مقالات و بررسی اولیه به کمک دو محقق مستقل و حذف مقالات غیرمرتبط، نسخه کامل ۴۹ مقاله تهیه و بررسی

جدول ۱: توصیف مقالات وارد شده به مطالعه در رابطه با فاکتورهای موثر در دقت اسکن بادی

محقق	سال	فاکتورهای موثر	ویژگی‌های فاکتورها	نتایج
Dailey و همکاران ^(۱۲)	۲۰۰۹	تورک	مقدار تورک از ۰ تا ۴۵ نیوتون	افزایش تورک موجب کاهش دقت می‌شود.
Batak و همکاران ^(۱۱)	۲۰۲۰	ارتفاع	اسکن بادی با ارتفاع لنه ای ۳ و ۸ میلیمتری در نواحی پرمولر، اسکن بادی کوتاهتر توصیه می‌شود.	ارتفاع اسکن بادی ها در ناحیه پرمولر تاثیری نداشت
Motel و همکاران ^(۱۳)	۲۰۲۰	شكل	سه مدل اسکن بادی: Elos-1	اسکن بادی A/S ELOS A/S را دقیق تر از بقیه اسکن بادی ها معرفی کرد.
Mizumoto و همکاران ^(۱۴)	۲۰۲۰	شكل	۵ مدل اسکن بادی: AF(IO-Flo:Densply Sirona) NT-Trading DE(DESS-USA) C3D(Core3Dcentres) ZI(Zimmer Biomet dental)	نوع اسکن بادی بر دقت اسکن تاثیر دارد و اسکن بادی های ZI بالاترین دقت را دارند.
Lee و همکاران ^(۱۵)	۲۰۲۱	تورک	مقدار تورک ۵ و ۱۰ و ۱۵ نیوتون	مقدار تورک هرچقدر بیشتر شود، دقت افزایش می‌یابد.
Lee و همکاران ^(۱۶)	۲۰۲۱	جنس	PEEK و تیتانیوم	اسکن بادی های تیتانیومی دقت بالاتری داشتند.
Lee و همکاران ^(۱۷)	۲۰۲۱	زاویه	زوایای موازی و ۱۵ درجه	اسکن بادی خلفی که با زاویه ۱۵ درجه مزیالتی قرار گرفته اند، دقت بالاتری را نسبت به اسکن بادی موازی و لینگوالی نشان دادند.
Althubaitiy و همکاران ^(۱۸)	۲۰۲۲	جنس	PEEK و تیتانیوم	اسکن بادی های PEEK دقت بالاتری داشتند.
Althubaitiy و همکاران ^(۱۹)	۲۰۲۲	قطر	قطر regular و narrow	اسکن بادی Narrow دقت بالاتری داشتند.
Pan و همکاران ^(۲۰)	۲۰۲۲	شكل	اسکن بادی های مریعی و گینبدی	شکل اسکن بادی های می‌تواند بر دقت نتایج نهایی بسیار موثر باشد.

بهترین نتایج در شرایطی که ایمپلنت زاویه دار ۳۰ درجه و موازی یکدیگر قرار گرفته باشد، حاصل می‌شود در حالت موازی ارتفاع آن ۳ و ۶ و ۱۰ میلیمتری در حالت دارد. در حالیکه در شرایط زاویه دار ارتفاع ۳ میلیمتری کمترین دقت را دارد.	ایمپلنت زاویه دار ۳۰ درجه و موازی در فک کاملاً بی‌دندان اسکن بادی با ارتفاع آن ۳ و ۶ و ۱۰ میلیمتری در حالت موازی و با زاویه ۳۰ درجه	زاویه ارتفاع	۲۰۲۲	Denneulin و همکاران ^(۳۰)
اسکن بادی ها با شکل ساده تر و زوائد گرد شده نتایج بهتری نسبت به انواع زاویه دار و پیچیده دارند.	اسکن بادی های تیتانیومی دقت بالاتری داشتند.	میلیمتری از سطح بافت نرم	۲۰۲۴	Gómez-Polo و همکاران ^(۳۱)
اسکن بادی های تیتانیومی دقت بالاتری داشتند.	۴ مدل اسکن بادی: straumann TL-1	شکل	۲۰۲۴	Michelinakis و همکاران ^(۳۲)
	MIS-2			
Paltop internal hex -3				
dynamic SP				
TRI octa-4				
اسکن بادی های تیتانیومی دقت بالاتری داشتند.	PEEK و تیتانیوم	جنس	۲۰۲۴	Tawfik و همکاران ^(۳۳)

جدول ۲: توصیف مقالات وارد شده به مطالعه در رابطه با روش‌های پروتوزی افزایش دقت اسکن بادی ها


نتایج	روشها	سال	محقق
در این روش، اسکن بادی ها با کمک کامپیانک، دورالی و یا کامپوزیت به هم متصل می‌شوند. انصال اسکن بادی ها به گونه ای بود که سطح قابل اسکن پوشاننده نشود. مطالعات متعدد استفاده از این روش را در افزایش دقت اسکن بسیار موثر معرفی کرده اند.	Continuous bar	۲۰۲۰	Imburgia و همکاران ^(۱۸)
در این روش، با کمک اسکنر داخل دهانی در حالیکه پروتوز موقع بیمار داخل دهان است، اسکن انجام می‌شود. سپس با کمک اسکن بادی های معکوس که در خارج دهان بروزی پروتوز قرار گرفته اند، اسکن سطح بافت پروتوز انجام می‌شود. براساس اطلاعات به دست آمده، برای بیمار verification jig ساخته می‌شود و پس از تایید نشست و اطمینان از پسیو بودن آن، پروتوز نهایی بیمار ساخته می‌شود.	Reverse scan body	۲۰۲۳	Bedrossian و همکاران ^(۲۳)
این مطالعه نشان داد که استفاده از اسکن بادی ها با ساختار اکستند شده، دقت (trunnus) بالاتری از اسکن بادی بدون ساختار اکستند شده دارد.	Continuous bar	۲۰۲۴	Eddin و همکاران ^(۲۱)
در این مطالعه، جهت دقت اسکن و هارمونی نسبت با صورت بیمار پس از اسکن ماقریلا با اسکنرهای داخل دهانی اسکن بادی های خارج دهانی نصب و با اسکنر داخل دهانی و صورتی مجدد اسکن انجام شد. سپس با کمک هر سه فایل مدل سازی و طراحی پروتوز نهایی بیمار انجام شد.	Modified scan body	۲۰۲۱	Huang و همکاران ^(۱۷)
این مطالعه بالاترین دقت را در انواع مدیفای شده کاهشی و کمترین دقت را در مدیفای شده افزایشی گزارش کرد.	Modified scan body	۲۰۲۲	Otawa و همکاران ^(۱۶)
	Modified scan body	۲۰۲۲	Lawand و همکاران ^(۲۸)

در این مطالعه حلقه‌ای طراحی و بصورت رزینی پرینت شدند و بر روی ۶ اسکن بادی در کست متالی مورد بررسی قرار گرفتند. این مطالعه نشان داد که مدیقای کردن اسکن بادی‌ها می‌تواند اثر بخشی اسکن را افزایش دهد.	Modified scan body	۲۰۲۲	García-Martínez و همکاران ^(۲۵)
این مطالعه نشان داد که بهترین نتیجه با قطعات کمکی رزینی که بر روی اسکن بادی قرار می‌گیرد، حاصل می‌شود.	Modified scan body	۲۰۲۴	Eddin و همکاران ^(۳۱)
در این مطالعه دقت اسکن سه مدل اسکن بادی (بدون اکستشن، همراه با اکستشن مستقیم و همراه با اکستشن منحنی) بررسی شد. این مطالعه نشان داد که انواع اسکن بادی‌ها با اکستشن منحنی، دقت بالاتری نسبت به سایر انواع داشتند.	Modified scan body	۲۰۲۴	Zhang و همکاران ^(۲۰)

مطالعه Batak و همکارانش^(۲۱)، به بررسی تاثیر ارتفاع هیلینگ ابانتمنت قابل اسکن BellaTek Encode بر دقت اسکن بادی‌ها موقتاً تأثیر نداشت. در این مطالعه، دو ارتفاع ۳ و ۸ میلیمتری اسکن پرداخت. در این مطالعه، دو ارتفاع ۳ و ۸ میلیمتری در نواحی پرمولر و مولر بررسی شد. این مطالعه نشان داد که در نواحی پرمولر استفاده از هردو ارتفاع قابل قبول است

بررسی فاکتورهای موثر در افزایش دقت اسکن بادی‌ها فاکتورهای متعددی در دقت اسکن بادی‌ها موثرند. این فاکتورها عبارتند از ارتفاع، قطر، شکل، زاویه، جنس و تورک. در ادامه به بررسی هر یک از این فاکتورها می‌پردازیم. (شکل ۱)

ارتفاع



شکل ۱: فاکتورهای موثر در دقت اسکن بادی‌ها

با این وجود، در نواحی مولر، ارتفاع ۳ میلیمتری نتایج بهتری نسبت به ۸ میلیمتر نشان داد. Gómez-Polo و همکارانش^(۲۲)، به بررسی سه ارتفاع ۳، ۶ و ۱۰ میلیمتری اسکن بادی‌ها در حالت موازی و با زاویه

۳۰ درجه بر دقت اسکن پرداختند. این مطالعه بیان کرد در

شرایطی که ایمپلنت‌ها موازی هستند، ارتفاع ۳ میلیمتری

بهترین نتایج را نشان داد، در حالی که وقتی اسکن بادی‌ها

همچنین مطالعه Lee و همکارانش^(۱۴)، نیز دقت بالاتر اسکن بادی های تیتانیومی را نشان داد.

شکل مطالعه Motel و همکارانش^(۳)، نشان داد که شکل ژئومتریک اسکن بادی ها بر دقت آنان تاثیر دارد. در این مطالعه، سه ایمپلنت بر روی مدل قرار داده شد. ایمپلنت مزیالی با زاویه ۱۵ درجه ای از وستیبیول و ایمپلنت مرکزی و دیستالی بصورت عمودی قرار گرفتند. برای اسکن از سه مدل اسکن بادی با ویژگی های مختلف ژئومتریک استفاده شد. این مطالعه به مقایسه سه اسکن بادی پرداخت.

۱) اسکن بادی Elos که دارای ویژگی های زیر بود: قسمت قابل اسکن و بدنه PEEK، بیس تیتانیومی، سیلندری.

۲) اسکن بادی nt-trading که بدنه و ناحیه قابل اسکن از جنس PEEK بود.

۳) اسکن بادی TeamZiereis که دارای بدنه و بیس تیتانیومی و قسمت قابل اسکن PEEK است. این مطالعه اسکن بادی A/S ELOS را دقیق تر از دو مدل دیگر معرفی کرد.

Mizumoto و همکاران^(۱۲)، به بررسی دقت ۵ نوع اسکن بادی مختلف موجود در بازار جهانی پرداختند. این اسکن بادی ها عبارت بودند از:

۱) Atlantis AF (IO-Flo; Dentsply Sirona) که با نام abutments معروفی شدند.

۲) NT (Nt-Trading GmbH & Co KG) بدنه و ناحیه قابل اسکن از جنس PEEK دارد.

۳) DE(DESS-USA)

۴) C3D (Core3Dcentres)

۵) ZI (Zimmer Biomet Dental)

این مطالعه نشان داد که نوع اسکن بادی بر دقت اسکن تاثیر دارد و اسکن بادی های ZI (Zimmer Biomet Dental) بالاترین دقت را داشتند.

۳۰ درجه زاویه دار نسبت به یکدیگر هستند، ارتفاع ۳ میلیمتری کمترین دقت را دارد.

مطالعه Tawfik و همکارانش^(۱۹) در سال ۲۰۲۴، به مقایسه اسکن بادی ها با دو ارتفاع متفاوت از سطح بافت نرم (یکی از گروه ها، ۲ میلیمتر بافت نرم و دیگری ۴ میلیمتر بافت نرم) و در شرایط وجود براز یا خشک بودن ناحیه پرداختند. این مطالعه نشان داد که اسکن بادی بلندتر از سطح بافت نرم دقت بالاتری دارد.

قطر Althubaitiy و همکارانش^(۲۳)، به مقایسه اسکن بادی ها با دو قطر پلت فرم narrow و regular پرداختند. این مطالعه دقت بالاتر اسکن بادی های narrow را نشان داد.


زاویه مطالعه Lee و همکارانش^(۱۴)، به بررسی تاثیر زوایا بر دقت اسکن بادی پرداخت. در این مطالعه ایمپلنت دیستالی با زوایای موازی و ۱۵ درجه مزیالی یا لینگوالی قرار گرفت. براساس این مطالعه، اسکن بادی های دیستالی که با زاویه ۱۵ درجه مزیالی قرار گرفته اند، دقت بالاتری را نسبت به دو گروه دیگر نشان دادند. علت این دقت بیشتر در اسکن بادی دیستالی با تیلت، دسترسی بیشتر به قسمت قابل اسکن است. بعلاوه اسکن بادی های تیلت یافته مزیالی می توانند طول ناحیه بی دندانی را کاهش داده و موجب افزایش دقت فایل اسکن شوند.^(۱۶)

مطالعه Denneulin و همکارانش^(۳۰)، بر روی فک کاملاً بی دندان نشان داد که بهترین نتایج در شرایطی که فاصله بین ایمپلنتی کمتر باشد و ایمپلنت ها موازی یکدیگر قرار گرفته باشند، حاصل می شود.

جنس Althubaitiy و همکارانش^(۲۳)، به مقایسه اسکن بادی ها با دو جنس PEEK و تیتانیومی پرداختند. این مطالعه دقت بالاتر اسکن بادی های PEEK را نشان داد. برخلاف این مطالعه، Tawfik و همکارانش^(۱۹)، دقت بالاتر اسکن بادی های تیتانیومی نسبت به انواع peek را گزارش کردند.

مقدار تورک استفاده مداوم و فرآیند استریل کردن اسکن بادی‌ها، می‌تواند موجب مستهلك شدن آن‌ها شود. در نتیجه در هر بار استفاده باید تورک بیشتری به اسکن بادی وارد شود.^(۱۱) سوالی که مطرح می‌شود این است که این افزایش تورک در دقت نتیجه اسکن موثر است یا نه؟
مطالعات متعددی به بررسی تاثیر تورک بر دقت اسکن پرداختند. این مطالعات نشان دادند که با افزایش تورک، موقعیت مرکز اسکن بادی نسبت به مرکز ایمپلنت جایه‌جا می‌شود (شکل ۲) و این جایجایی اندک در سمت بیس اسکن بادی منجر به تغییرات بزرگ در سطح قابل اسکن می‌شود.^(۱۲) این خطأ در ایمپلنت‌های تک واحدی منجر به هایپرالکلوزن شدن و در انواع چند واحدی منجر به اکتیو بودن و عدم تطابق دقیق خواهد شد.^(۱۳) مطالعه Dailey و همکارانش^(۱۴)، که به بررسی افزایش تورک از ۰ تا ۴۵ نیوتون سانتی‌متر پرداخت؛ کاهش دقت با افزایش تورک را تایید کرد.

Pan و همکارانش^(۱۵)، به بررسی اسکن بادی‌های مربعی و گنبدی پرداختند. این مطالعه نشان داد که شکل ژئومتریک اسکن بادی‌ها می‌تواند بر دقت نتایج نهایی بسیار موثر باشد. Michelinakis و همکارانش^(۱۶)، به بررسی تاثیر شکل اسکن بادی بر دقت اسکن پرداختند. در این مطالعه ۴ اسکن Paltop Internal Hex Dynamic، Straumann TL RN TRI Octa TO Implant MIS SP V3 CS-RSM10، SP Analog استفاده شد. هر کدام از این اسکن بادی‌ها دارای شکل‌های متفاوت در سطح قابل اسکن بودند. اسکن بادی Straumann سطح مقطع گرد به همراه بول یک طرفه، اسکن بادی Paltop دارای سطح مقطع مثلثی، اسکن بادی TRI سطح مقطع گرد با بیرون زدگی‌های دو طرفه و اسکن بادی MIS سطح مقطع ذوزنقه‌ای شکل داشتند. این مطالعه بالاترین دقت را در اسکن بادی ذوزنقه‌ای MIS نشان داد. این مطالعه نشان داد که اسکن بادی‌ها با شکل ساده‌تر و زوائد گرد شده نتایج بهتری نسبت به انواع زاویه‌دار و پیچیده دارند.



شکل ۲: در صورت افزایش تورک مرکز اسکن بادی بر مرکز ایمپلنت منطبق نخواهد بود.^(۱۴)

مطالعه Lee و همکارانش^(۱۷)، به بررسی تاثیر تورک بر ۶ اسکن بادی لابراتواری و ۴ اسکن بادی کلینیکی پرداخت.

مطالعات متعدد، روش‌های مختلفی جهت افزایش دقت استفاده از اسکن بادی‌ها در بیماران کاملاً بی‌دندان معرفی کرده‌اند.^(۱۰-۱۵, ۱۸-۲۵, ۲۰, ۲۸, ۳۱, ۳۲, ۳۳, ۳۴) در ادامه به معرفی هر یک از این روش‌ها می‌پردازیم. (شکل ۳)

این ۱۰ اسکن بادی با تورک‌های ۵ و ۱۰ و ۱۵ نیوتون با یکدیگر مقایسه شدند. این مطالعه دقت پایین‌تر تورک ۱۵ نیوتون در تمام ۱۰ اسکن بادی را نشان داد.

روش‌های افزایش دقت اسکن با کمک اسکن بادی




شکل ۳: روش‌های افزایش دقت اسکن بادی‌ها

Continuous Scan Strategy (CSS)

پروتکل continuous scan strategy در این روش اسکن بادی‌ها با کمک کامپیاند، دورالی و یا کامپوزیت به هم متصل می‌شوند. (شکل ۴) اتصال اسکن بادی‌ها باید به گونه‌ای باشد که سطح قابل اسکن پوشاننده نشود.^(۱۸)

در اسکن نواحی طویل بی‌دندانی، دقت اسکن کاهش می‌یابد. مطالعات متعدد نشان داده‌اند که افزایش فاصله بیش از ۷ میلی‌متر بین ایمپلنت‌ها می‌تواند دقت اسکن را کاهش دهد.^(۲) یکی از راه‌های افزایش دقت قالب‌گیری دیجیتال در کیس‌های کاملاً بی‌دندان استفاده از تکنیک




شکل ۴: تکنیک (۱۸) Continuous Bar

در خارج دهان بروی پروتز قرار گرفته‌اند، اسکن سطح باقثی پروتز انجام می‌شود.

براساس اطلاعات به دست آمده، برای بیمار verification jig ساخته می‌شود و پس از تایید نشست و اطمینان از پاسیو بودن آن، پروتز نهایی بیمار ساخته می‌شود. مطالعات متعددی در مورد دقت این روش انجام شد و نتایج قابل قبولی را نشان دادند.^(۱۷، ۱۸) (شکل ۵) برای اسکن خارج دهانی پروتز و reverse scan body هم اسکنرهای دهانی و هم اسکنرهای لابراتواری قابل استفاده هستند. مطالعه Nuytens و همکارانش^(۱۹)، اسکنرهای لابراتواری را به دلیل دقت بالاتر پیشنهاد کردند.

Reverse Scan Body Protocol

مطالعه Hyspler و همکارانش^(۲۰)، به بررسی دقت استفاده از روش reverse scan body با روش قالب‌گیری سنتی پرداخت. این مطالعه نشان داد که این روش دیجیتال از دقت قابل قبولی در مقایسه با روش‌های سنتی برخوردار است. این روش برای افزایش دقت اسکن در بیماران کاملاً بی‌دندان به کار می‌رود. مطالعه Bedrossian و همکاران^(۲۱)، به معرفی مرحله به مرحله این روش در اسکن مأگریلا و مندیبل پرداخت. در این روش با کمک اسکنر داخل دهانی در حالی که پروتز موقعت بیمار داخل دهان است، اسکن انجام می‌شود. سپس با کمک اسکن بادی‌های معکوس که



شکل ۵: تکنیک Reverse Scan Body

Modified Scan Body

پرداختند. در این مطالعه حلقه‌هایی طراحی و بصورت رزینی پرینت شدند و بر روی ۶ اسکن بادی در کست مندیبل مورد بررسی قرار گرفتند. (شکل ۶ و ۷) این مطالعه

García-Martínez و همکاران^(۲۰)، به بررسی اثر اضافه کردن قطعه‌ای بر روی اسکن بادی‌ها و مدیفای کردن آنها بر دقت اسکن customized over scan body rings (COR)

نشان داد که مدیفای کردن اسکن بادی‌ها می‌تواند اثر بخشی extensional structure (SBE) این مطالعه نشان داد که استفاده از اسکن بادی‌ها با ساختار اکستندر شده، دقت بالاتری از اسکن بادی بدون ساختار اکستندر شده دارد.


نشان داد که مدیفای کردن اسکن بادی‌ها می‌تواند اثر بخشی اسکن را افزایش دهد. در سال ۲۰۲۱ Huang و همکارانش^(۲۷)، اسکن بادی جدیدی را طراحی و معرفی کردند. این اسکن بادی دارای نواحی scan body with extension بود. این اسکن بادی




شکل ۶: حلقه‌های طراحی شده جهت مدیفای کردن اسکن بادی‌ها^(۲۵)



شکل ۷: این حلقه‌ها در محل‌های گوناگونی روی اسکن بادی قرار گرفتند.^(۲۵)



شکل ۸: اسکن بادی بدون ساختار اکستندر شده و اسکن بادی با ساختار اکستندر شده^(۲۷)




شکل ۹: A-اسکن بادی مدیفای نشده، B-اسکن بادی مدیفای شده کاهشی، C-اسکن بادی مدیفای شده افزایشی^(۲۸)

شده کاهشی. (شکل ۹) این مطالعه بالاترین دقت را در انواع مدیفای شده کاهشی و کمترین دقت را در مدیفای شده افزایشی گزارش کرد. هیچ یک از اسکن بادی‌ها تاثیر معناداری بر سرعت اسکن نداشتند.


دهانی، اسکن بادی‌های خارج دهانی نصب و با اسکنر داخل دهانی و صورتی مجدد اسکن انجام شد. سپس با کمک هر سه فایل مدل‌سازی و طراحی پروتز نهایی بیمار انجام شد. (شکل ۱۰)

مطالعه Lawand و همکارانش^(۲۸)، به بررسی اسکن بادی‌های مدیفای شده و تاثیر آن بر دقت و سرعت اسکن پرداخت. در این مطالعه سه گروه وجود داشت. اسکن بادی مدیفای نشده، اسکن بادی مدیفای شده افزایشی و مدیفای Otawa و همکارانش^(۱۶)، اسکن بادی‌های مثلثی شکل خارج دهانی جهت اسکن فک بالای کاملاً بی‌دندان طراحی کردند. در این مطالعه جهت دقت اسکن و هارمونی مناسب با صورت بیمار، پس از اسکن مگزیلا با اسکنرهای داخل



شکل ۱۰: اسکن بادی با اجزا خارج دهانی جهت استفاده با اسکنرهای صورتی^(۱۶)

اکستنشن مستقیم و همراه با اکستنشن منحنی) بررسی شد. مطالعه Zhang و همکارانش^(۲۰)، به بررسی تاثیر اسکن بادی طراحی شده در دقت اسکن پرداخت. در این مطالعه دقت اسکن سه مدل اسکن بادی (بدون اکستشن، همراه با منحنی، دقت بالاتری نسبت به سایر انواع داشتند. (شکل ۱۱)



شکل ۱۱: اسکن بادی های مدیفای شده با اکستشن مستقیم و منحنی^(۲۰)

همراه قطعات رزینی طراحی شده پرداختند. این مطالعه نشان داد که بهترین نتیجه با قطعات کمکی رزینی که بر روی اسکن بادی قرار می‌گیرد، حاصل می‌شود. همچنین در روش‌های اسپلینت استفاده از کامپوزیت دقت کمتری نسبت مطالعه Eddin و همکارش^(۳۱)، به مقایسه قالب‌گیری کانونشناور به همراه اسپلینت در موارد کاملاً بی‌دنдан، قالب‌گیری دیجیتال با اسکن بادی بدون اسپلینت، قالب‌گیری دیجیتال با اسپلینت کامپوزیت، قالب‌گیری دیجیتال با اسپلینت رنگ سفید به انواع رزین دورالی داشت، علت این مسئله رنگ سفید کامپوزیت بود که دقت اسکن را پایین می‌آورد. (شکل ۱۲)

Commented [HK1]: این صفحه متون بدی نشده است



شکل ۱۲: قطعه رزینی طراحی شده جهت افزایش دقت اسکن بادی^(۳۱)

بحث

در دقت اسکن بادی اثرگذار هستند.^(۲۰) جنس، قطر، ارتفاع، زاویه، شکل و مقدار تورک از جمله عواملی است که در دقت اسکن بادی‌ها تاثیرگذار هستند. با توجه به بررسی‌های انجام شده در این مقاله، به عنوان جمع‌بندی در جدول ۳ خلاصه‌ای از فاکتورهای موثر در دقت اسکن: بادی‌ها آورده شده است.

این مطالعه مروی با هدف بررسی تکنیک‌های پروتکل در افزایش دقت اسکن ایمپلنتی با کمک اسکن بادی و جمع‌بندی فاکتورهای موثر بر دقت اسکن بادی‌ها انجام شد. پردازش یافته‌های این مطالعه مروی، فاکتورهای متعددی

جدول ۳: فاکتورهای موثر در دقت اسکن بادی‌ها

فکتورهای موثر	
جنس	مطالعات نتایج متناقضی را نشان دادند. بعضی مطالعات بیان کردند که اسکن بادی های تیابنومی نسبت به انواع PEEK دقت بالاتری دارند. در حالیکه گروه دیگری از مقالات دقت بالاتری را برای PEEK مطرح کردند.
قطر	اسکن بادی های narrow دقت بالاتری را نشان دادند.
ارتفاع	اسکن بادی بلندتر از سطح یافته نرم دقت بالاتری داشت. با این وجود استفاده از اسکن بادی های بسیار بلند در نواحی خلقوی، به دلیل امکان بیشتر جایبایی مرکز اسکن بادی از محل ایمپلنت، دقت را کاهش می دهد و توصیه نمی شود.
تورک	با افزایش استفاده از اسکن بادی ها و استریلیزاسیون مکرر، بیچ مستنهک می شود. در نتیجه مقدار تورک افزایش می یابد. افزایش تورک موجب کاهش دقت می شود. مطالعات تورک ۵-۱۰ نیوتن سانتی متر را توصیه میکنند.
شكل	شکل ژئومتریک اسکن بادی های تواند بر دقت نتایج نهایی بسیار موثر باشد.
زاویه	بهترین نتایج در شرایطی که ایمپلنت ها موازی یکدیگر قرار گرفته باشند، حاصل می شود. با این وجود در نواحی انتهای آزاد، ۱۵ درجه مزیالی قرار گرفتن ایمپلنت دیستالت به دلیل در دسترس قرار گرفتن، نتایج بهتری را نسبت به انواع لینگکوالی و موازی نشان دارد.

می شود.^(۳۸) استفاده از رزین های ترمومولاستیک و یا رزین های لایت کیور و سلف کیور، راهکارهای ارزان و سریع تری جهت اسپلینت اسکن بادی ها هستند.^(۳۸) مطالعه Eddin و همکارش^(۳۱)، استفاده از رزین های رنگی (قرمز) را نسبت به انواع سفید، در تهیه یک اسکن دقیق مفیدتر دانست. این مطالعه علت این دقت را تضاد بیشتر رنگی عنوان کرد.

با توجه به دقت بالاتر اسکنرهای لابراتواری نسبت به انواع داخل دهانی، با کمک تکنیک reverse scan body اسکن نهایی را با اسکنرهای لابراتواری انجام داد.^(۱۷) اسکن بادی ها همان گونه که پیش تر معرفی شدند دارای بخش قابل reverse scan هستند که ثبت دقیق را راحت تر می کنند.^(۱۲) در این تکنیک علاوه بر اسکن داخل دهانی ایمپلنت ها، بایت بیمار در حالتی که از پروتز موقت استفاده کرده است و اسکن لابراتواری پروتز موقت و reverse scan body می شود. در نتیجه بدینهی است که دقت کار نهایی بسیار بالا باشد.^{(۳۳)،(۱۷)}

امروزه محققین به طراحی های مختلف اسکن بادی ها بسیار علاقه مند شده اند. مطالعات متعددی با طراحی های مختلف اسکن بادی با هدف افزایش دقت قالب گیری دیجیتال و کاهش خطای اسکن انجام شده است.^{(۲۵)،(۲۰)،(۱۶)،(۲۸)،(۲۷)،(۲۵)} Huang و همکارانش^(۳۷)، اسکن بادی اکستند شده طراحی کردن و ادعا کردند که این اسکن بادی ها خطای اسکن در نواحی بی دندانی را کاهش می دهند. Zhang و همکارانش^(۲۰)، استفاده از اسکن بادی اکستند شده منحنی را به دلیل پیروی از قوس فکی موثر تر از انواع مستقیم عنوان کردند.

اگرچه طراحی و استفاده از این اسکن بادی های اکستند شده بسیار موثر عنوان شده است، اما بحث طراحی و ساخت می تواند از نظر اقتصادی به صرفه نباشد.^{(۲۰)،(۲۷)} یک راهکار ارزان و به صرفه، استفاده از قطعات رزینی پرینت شده است که می تواند

با توجه به افزایش رغبت دندانپزشکان به قالب گیری دیجیتال، تهیه فایل اسکن با دقت مناسب اهمیت ویژه ای دارد.^(۳) یکی از محدودیت های اصلی در قالب گیری دیجیتال، اسکن بیماران کاملا بی دندان است. علت این محدودیت فاصله زیاد ایمپلنت ها و وجود نسخ نرم میان ایمپلنت ها است که تهیه یک قالب دیجیتال دقیق را با چالش همراه می کند.^{(۳۶)،(۳۵)} استفاده از تکنیک های پروتزی مناسب می تواند در تهیه یک اسکن دقیق و باکیفیت کمک کننده باشد.^{(۱۶)،(۳۴-۳۱)،(۲۹-۲۷)،(۲۲)،(۲۷)}

فضای زیاد بین ایمپلنت ها که با بافت نرم پر شده است، موجب می شود تا در حین اسکن داخل دهانی، ناحیه ای اسکن بادی ها با دقت بالا ثبت شود و ناحیه بافت نرم مجاور به دلیل انعکاس نور، رطوبت و خاصیت ذاتی بافت نرم با دقت کمتری ثبت شود. در بیماران کاملا بی دندان، قالب گیری دیجیتال به صورت نواحی متنابض دقیق اسکن شده (اسکن بادی ها) در کنار نواحی با دقت پایین (بافت نرم) ثبت می شود. این گونه قالب گیری دیجیتال به صورت پرشی انجام می شود. در نرم افزارهای طراحی، این فایل اسکن شده به صورت پرشی، دقت لازم را تحویل داشت و بر کیفیت نهایی کار اثر منفی می گذارد.^{(۱۸)،(۳۷)} تلاش برای کاهش فضای بافت نرم بین اسکن بادی ها و کاهش اثر پرشی فایل اسکن موجب معرفی تکنیک های Continuous scan .Reverse scan body strategy و اسکن بادی های تغییر یافته شد.^{(۱۲)،(۱۴)،(۱۹)،(۲۱)،(۲۴-۲۶)}

در تکنیک Continuous scan strategy با اتصال اسکن بادی ها به یکدیگر، بافت نرم بین اسکن بادی ها حذف می شود و اثر پرشی کاهش می باشد.^(۱۸) Gómez-Polo برای اتصال بین اسکن بادی ها، از اسپلینت سخت پرینت شده استفاده کردند.^(۳۸) تهیه این نوع اسپلینت نیاز به یک جلسه اضافه جهت اسکن داخل دهانی پیش از جلسه قالب گیری اصلی دارد. به علاوه هزینه لابراتواری جهت طراحی و پرینت اسپلینت به بیمار تحمیل

^۳. هر روشی که بتواند اثر پرشی را کاهش دهد موجب افزایش دقت قالب‌گیری دیجیتال می‌شود.

^۴. جهت افزایش دقت اسکن نواحی طوبیل بی‌دندانی می‌توان از سه روش Reverse scan body, Continuous bar و Modified scan body استفاده کرد.

^۵. Modified scan body می‌تواند به صورت اسکن بادی‌های مخصوص طراحی شده باشد یا قطعات مجزایی باشد که حین اسکن بر روی اسکن بادی قرار می‌گیرند.

تشکر و قدردانی

از تمام افرادی که در انجام این مطالعه ما را یاری کردند، تشکر و قدردانی می‌کنیم.

تضاد منافع

هیچ تضاد منافعی وجود ندارد.

بر روی اسکن بادی‌های موجود در مطب سوار شود و دقت اسکن را با کاهش خطای پرشی افزایش دهد.^(۳۱,۳۵) Eddin و

همکارانش^(۳۱)، قطعات رزینی اکستند شده‌ای را بر روی اسکن بادی قرار دادند و استفاده از این روش را با تکنیک اسپلینت

اسکن بادی‌ها مقایسه کردند. آن‌ها این قطعات رزینی را موفق تر

از اسپلینت اسکن بادی‌ها معرفی نمودند. این قطعات رزینی همیشه لازم نیست که به صورت اکستند شده باشد.- Garcia Martinez و همکارانش^(۲۵)، قطعات رزینی مدور که دارای زانده‌های متعدد بود را پیشنهاد کردند. آن‌ها استفاده از این قطعات را در افزایش دقت فایل نهایی موثر دانستند.

نتیجه‌گیری

بر اساس یافته‌های حاصل از این مطالعه:

۱. فاکتورهای متعدد جنس، قطر، ارتفاع، شکل و تورک اسکن بادی‌ها بر دقت آنان موثر است.

۲. علت عدم دقت کافی اسکن ایمپلنتی، اثر پرشی است. این مسئله در قالب‌گیری دیجیتال بیماران کاملاً بی‌دندان و با فاصله‌ی زیاد بین ایمپلنتی رخ می‌دهد.

منابع

- Miyazaki T, Hotta Y, Kunii J, Kuriyama S, Tamaki Y. A review of dental CAD/CAM: current status and future perspectives from 20 years of experience. Dent Mater J 2009; 28(1): 44-56.
- shayegh ss, Jahangiri M. The Effective Factors in the Accuracy of Intraoral Scanners: A Systematic Review. J Mashhad Dent Sch 2024; 48(3): 799-819.
- Shayegh SS, Jahangiri M. The Effective Factors in the Accuracy of 3D Printers in Dentistry: A Systematic Review. J Mashhad Dent Sch 2023, 48(3):820-39.
- Jahangiri M, Shayegh SS. A Comprehensive Classification of Guides in Dentistry: A Literature Review. J Dentomaxillofac Radiol Pathol Surg 2024; 13(2): 35-44.
- Revilla-León M, Kois DE, Kois JC. A guide for maximizing the accuracy of intraoral digital scans: Part 2—Patient factors. J Esthet Restor Dent 2023; 35(1): 241-9.
- Alkadi L. A comprehensive review of factors that influence the accuracy of intraoral scanners. Diagnostics 2023; 13(21): 3291.

7. Revilla-León M, Lanis A, Yilmaz B, Kois JC, Gallucci GO. Intraoral digital implant scans: Parameters to improve accuracy. *J Prosthodont* 2023; 32(S2): 150-64.
8. Revilla-León M, Kois DE, Kois JC. A guide for maximizing the accuracy of intraoral digital scans. Part 1: Operator factors. *J Esthet Restor Dent* 2023; 35(1): 230-40.
9. Mizumoto RM, Yilmaz B. Intraoral scan bodies in implant dentistry: A systematic review. *J Prosthet Dent* 2018; 120(3): 343-52.
10. Lee J-H. A completely cast-free, digital workflow for fabricating an implant-supported prosthesis with a new coded healing abutment. *J Implantol Appl Sci* 2019; 23(1): 26-35.
11. Tan JZH, Tan MY, Toh YLS, Wong KY, Tan KBC. Three-dimensional positional accuracy of intraoral and laboratory implant scan bodies. *J Prosthet Dent* 2022; 128(4): 735-44.
12. Mizumoto RM, Yilmaz B, McGlumphy Jr EA, Seidt J, Johnston WM. Accuracy of different digital scanning techniques and scan bodies for complete-arch implant-supported prostheses. *J Prosthet Dent* 2020; 123(1): 96-104.
13. Jahn D. Scan body for determination of positioning and orientation of a dental implant. Patent US20140377714A1. 2014.
14. Lee J-H, Bae J-H, Lee SY. Trueness of digital implant impressions based on implant angulation and scan body materials. *Sci Rep* 2021; 11(1): 21892.
15. Nuytens P, Vandeweghe S, D'haese R. Accuracy of a chairside reverse scanbody workflow for a complete arch implant-supported prosthesis using four intraoral scanners versus a desktop scanner. *J Dent* 2023; 138: 104717.
16. Otawa N, Aoki T, Sumida T, Yanagi T, Kido H. Application of a new scan body for face-driven fixed prosthetics. *Clin Exp Dent Res* 2022; 8(1): 275-81.
17. Papaspyridakos P, Bedrossian A, Kudara Y, Ntovas P, Bokhary A, Chochlidakis K. Reverse scan body: A complete digital workflow for prosthesis prototype fabrication. *J Prosthodont* 2023; 32(5): 452-7.
18. Imburgia M, Kois J, Marino E, Lerner H, Mangano FG. Continuous scan strategy (CSS): a novel technique to improve the accuracy of intraoral digital impressions. *Eur J Prosthodont Restor Dent* 2020; 28(3): 128-41.
19. Tawfik MHA, El Torky IR, El Sheikh MM. Effect of saliva on accuracy of digital dental implant transfer using two different materials of intraoral scan bodies with different exposed lengths. *BMC Oral Health* 2024; 24(1): 1428.
20. Zhang T, Yang B, Ge R, Zhang C, Zhang H, Wang Y. Effect of a Novel 'Scan Body' on the In Vitro Scanning Accuracy of Full-Arch Implant Impressions. *Int Dent J* 2024.
21. Batak B, Yilmaz B, Shah K, Rathi R, Schimmel M, Lang L. Effect of coded healing abutment height and position on the trueness of digital intraoral implant scans. *J Prosthet Dent* 2020; 123(3): 466-72.
22. Gómez-Polo M, Sallorenzo A, Ortega R, Gómez-Polo C, Barmak AB, Att W, et al. Influence of implant angulation and clinical implant scan body height on the accuracy of complete arch intraoral digital scans. *J Prosthet Dent* 2024; 131(1): 119-27.
23. Althubaitiy R, Sambrook R, Weisbloom M, Petridis H. The accuracy of digital implant impressions when using and varying the material and diameter of the dental implant scan bodies. *Eur J Prosthodont Restor Dent* 2022; 30(4): 305-13.

24. Motel C, Kirchner E, Adler W, Wichmann M, Matta RE. Impact of different scan bodies and scan strategies on the accuracy of digital implant impressions assessed with an intraoral scanner: an in vitro study. *J Prosthodont* 2020; 29(4): 309-14.
25. García-Martínez I, Zarauz C, Morejón B, Ferreiroa A, Pradés G. Influence of customized over-scan body rings on the intraoral scanning effectiveness of a multiple implant edentulous mandibular model. *J Dent* 2022; 122: 104095.
26. Pan Y, Tsoi JK, Lam WY, Chen Z, Pow EH. Does the geometry of scan bodies affect the alignment accuracy of computer-aided design in implant digital workflow: An in vitro study ? *Clin Oral Implants Res* 2022; 33(3): 313-21.
27. Huang R, Liu Y, Huang B, Zhou F, Chen Z, Li Z. Improved accuracy of digital implant impressions with newly designed scan bodies: an in vivo evaluation in beagle dogs. *BMC Oral Health* 2021; 21: 1-9.
28. Lawand G, Ismail Y, Revilla-León M, Tohme H. Effect of implant scan body geometric modifications on the trueness and scanning time of complete arch intraoral implant digital scans: An in vitro study. *J Prosthet Dent* 2024; 131(6): 1189-97.
29. Michelinakis G, Apostolakis D, Nikolidakis D, Lapsanis G. Influence of different scan body design features and intraoral scanners on the congruence between scan body meshes and library files: An in vitro study. *J Prosthet Dent* 2024; 132(2): 454.e1-454.e11.
30. Denneulin T, Rignon-Bret C, Ravalec G, Tapie L, Bouter D, Wulfman C. Accuracy of Complete-Arch Implant Digital Scans: Effect of Scanning Protocol, Number of Implants, and Scan Body Splinting. *Int J Prosthodont* 2023; 36(2): 219-27.
31. Eddin MBB, Önöral Ö. Influence of splinting scan bodies or incorporating three-dimensionally printed scan aids on the trueness of complete arch digital scans. *J Prosthet Dent* 2024; 132(4): 828. e1-. e12.
32. Dailey B, Jordan L, Blind O, Tavernier B. Axial displacement of abutments into implants and implant replicas, with the tapered cone-screw internal connection, as a function of tightening torque. *Int J Oral Maxillofac Implants* 2009; 24(2): 251-6.
33. Bedrossian EA, Papaspyridakos P, Bedrossian E, Gurries C. The Reverse Scan Body Protocol: Completing the Digital Workflow. *Compend Contin Educ Dent* 2023; 44(7): e1-e4.
34. Hyspler P, Urbanová P, Dostálava T. Comparison of the reverse scan technique with an intraoral scanner and the traditional impression technique. *J Prosthet Dent* 2024; S0022-3913(24)00583-3.
35. Keul C, Güth JF. Accuracy of full-arch digital impressions: an in vitro and in vivo comparison. *Clin Oral Investig* 2020; 24(2): 735-45.
36. Ahlholm P, Sipilä K, Vallittu P, Jakonen M, Kotiranta U. Digital Versus Conventional Impressions in Fixed Prosthodontics: A Review. *J Prosthodont* 2018; 27(1): 35-41.
37. Abdou J, Elseyoufi M. Accuracy of Intraoral Scanners: A Systematic Review of Influencing Factors. *Eur J Prosthodont Restor Dent* 2018; 26(3): 101-21.
38. Gómez-Polo M, Ballesteros J, Perales-Padilla P, Perales-Pulido P, Gómez-Polo C, Ortega R. Guided implant scanning: A procedure for improving the accuracy of implant-supported complete-arch fixed dental prostheses. *J Prosthet Dent* 2020; 124(2): 135-9 .